



MSPR/ZP/ZC/11/2016

Gdynia 03.10.2016

**Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę jednego krzeselka kardiologicznego, typu
SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY wraz z pasami do mocowania pacjenta, dla Zespołu
Ratownictwa Medycznego**

Zamawiający - MSPR w Gdyni SP ZOZ, działając na podstawie Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych informuje, że od potencjalnego wykonawcy wpłynęły nw. pytania na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

Dotyczy pkt. III Specyfikacja

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko kardiologiczne typu schodołaz gąsienicowy o obciążeniu 180 kg, w którym tylne ręczki zintegrowane zostały z ramą krzeselka, które dodatkowo, celem redukcji wagi, pozbawione zostało teleskopowo wysuwanych rączek przednich, rolę podparcia nóg pacjenta pełni rama krzeselka dzięki czemu krzeselko waży 12 kg?

ODPOWIEDZI:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SPECYFIKACJI.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni
B. Michalik
mgr Beata Pajak - Michalik