

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SP ZOZ

81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14, NIP 586 19 86 956

Tel. 58 660 88 11, fax. 58 660 88 12

www.pogotowie.gdynia.pl

e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl



MSPR/ZP/ZC/14/2017

Gdynia dn. 13.06.2017

DOTYCZY: sukcesywna dostawa asortymentu do sterylizacji dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

Zamawiający – Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ informuje, że od potencjalnego wykonawcy wpłynęły nw. pytania na które poniżej udziela odpowiedzi:

Pytania:

Dotyczy pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki do sterylizacji w następujących rozmiarach:

- Poz. 1 – 60x100 mm zamiast 57-60x120mm?
- Poz. 2 - 90x230 mm zamiast 100x230-250mm?
- Poz. 5 – 200x330mm zamiast 190x330mm?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymując zapis w specyfikacji.

Dotyczy pakiet 2, poz. 1

1. Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odp: Zamawiający nie wymaga.

2. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?

Odp: Zamawiający nie wymaga.

3. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp: Zamawiający nie wymaga.

Z poważaniem

[Signature]
SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni
Paweł Molendowski