



MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SP ZOZ
81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14 NIP 586-19-86-956
tel. 58-660-88-11, fax. 58-660-88-12
www.pogotowie.gdynia.pl email: biuro@pogotowie.gdynia.pl

MSPR/ZP/ZC/10/2017

Gdynia dn. 30.05.2017

DOTYCZY: sukcesywna dostawa asortymentu do sterylizacji dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

Zamawiający – Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ informuje, że od potencjalnego wykonawcy wpłynęły nw. pytania na które poniżej udziela odpowiedzi:

Pytania:

Dotyczy pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki do sterylizacji w następujących rozmiarach:

- Poz. 1 - 90 x 133 mm zamiast 57x120mm?
- Poz. 2 - 90x230 mm zamiast 100x230mm?
- Poz. 3 – 130x250 mm zamiast 110x280mm?
- Poz. 5 – 200x330mm zamiast 1+0x330mm? *(Błąd w pytani: zamiast „1+0” - winno być „190”)*

Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymując zapis specyfikacji.

Dotyczy pakiet 2

1. Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odp: Zamawiający nie wymaga, podtrzymując zapis specyfikacji.

2. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?

Odp: Zamawiający nie wymaga, podtrzymując zapis specyfikacji.

3. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp: Zamawiający nie wymaga, podtrzymując zapis specyfikacji.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni
Paweł Molendowski